



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

**Pracoviště:** Laboratoře primární metrologie, V Botanice 4, 150 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311  
oddělení akustiky a kinematiky – laboratoř kinematiky, e-mail: rychlomery.lpm@cmi.cz

## OVĚŘOVACÍ LIST

č. 8012-OL-70804-22

nahrazující ověřovací list č. 8012-OL-70605-22

**Datum vydání:** 18. října 2022 List 1 ze 2 listů

**Vlastník:** Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

**Zákazník:** CAMEA, spol. s r.o., Karásek 2290/1m, 621 00 Brno – Řečkovice

**Měřidlo:**  
Silniční rychloměr  
**výrobce:** CAMEA  
**typ:** UnicamSPEED  
**výrobní číslo rychloměru:** CAM19002400  
**rozsah měření rychlosti:** 5 km.h<sup>-1</sup> až 250 km.h<sup>-1</sup>  
**rok výroby:** 2019  
**umístění rychloměru:** Vysoké Mýto, ul. Hradecká x  
ul. Vraclavská, směr Litomyšl

**Použité etalony:** GPS etalonový rychloměr typu GPS-01, výrobce ČMI, v.č. 1, který byl umístěn v měřicím vozidle ČMI; návaznost na státní etalony délky a času.

**Podmínky měření:** Teplota okolí: ( 15 ± 1 ) °C

**Místo ověření:** Vysoké Mýto, ul. Hradecká x ul. Vraclavská, směr Litomyšl.

**Datum zkoušky:** 18. října 2022

**V Praze dne:** 7. prosince 2022

**Ověření provedl:**

**Zástupce ředitele ČMI LPM Praha:**

Ing. Enrico Buttoraz



Ing. Jiří Borovský

**Metoda měření:** Dle opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

**Výrok o výsledku:** Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Ověření je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu a opatřením měřidla úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C26-08, Revize 1 ze dne 14.2.2018.

Doba platnosti ověření rychloměru končí dne: **17. října 2023**

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**Odůvodnění:** Tento ověřovací list nahrazuje ověřovací list č. 8012-OL-70605-22. V původním ověřovacím listu není uveden výrok o výsledku. Platnost začátku a konce ověření se tímto nemění.

Konec ověřovacího listu.

